

Số: /CV-BVĐK

Quế Võ, ngày 20 tháng 05 năm 2026

V/v mời chào giá dự toán mua sắm:  
Mua sắm thay thế bóng phát tia Máy  
chụp cắt lớp vi tính SOMATOM Spirit  
(SN 84952)

## **YÊU CẦU BÁO GIÁ**

### **Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện đa khoa Quế Võ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm thay thế bóng phát tia Máy chụp cắt lớp vi tính SOMATOM Spirit (SN 84952) với nội dung cụ thể như sau:

#### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

##### **1. Đơn vị yêu cầu báo giá**

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Quế Võ.
- Địa chỉ: Tổ dân phố Đình, Phường Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh.

##### **2. Thông tin liên hệ**

- Họ tên: Đỗ Đình Hương
- Chức vụ: Cán bộ Khoa Dược-VT-TBYT
- Số điện thoại: 0974512280
- Địa chỉ email: [duoc.ttytquevo@gmail.com](mailto:duoc.ttytquevo@gmail.com)

##### **3. Cách thức tiếp nhận báo giá:**

- Báo giá được gửi bằng một trong hai hình thức sau đây:
  - + Nhận trực tiếp bản cứng (có chữ ký, đóng dấu đỏ) tại địa chỉ: Khoa Dược-VT-TBYT, Bệnh viện đa khoa Quế Võ. Địa chỉ: Tổ dân phố Đình, Phường Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh.
  - + Hoặc nhận bản scan PDF (có chữ ký, đóng dấu đỏ và file word hoặc excel) tại địa chỉ Email: [duoc.ttytquevo@gmail.com](mailto:duoc.ttytquevo@gmail.com)

##### **4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:**

- Từ ngày 20/05/2026 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 29/05/2026.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

##### **5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:**

Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 29/05/2026

#### **II. Nội dung yêu cầu báo giá**

- 1. Danh mục thiết bị y tế/yêu cầu chi tiết:** Theo phụ lục đính kèm
- 2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản hàng hóa:**

- Địa điểm giao hàng, lắp đặt: Tại bộ phận sử dụng của Bệnh viện đa khoa Quế Võ, Tổ dân phố Đình, Phường Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh.

- Hãng sản xuất/Nhà cung cấp chịu trách nhiệm về vận chuyển, lắp đặt thiết bị y tế đảm bảo hoạt động tốt, hướng dẫn cán bộ sử dụng thành thạo.

**3. Thời gian thực hiện Hợp đồng dự kiến:** 12 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

**4. Dự kiến về các khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:**

- Tạm ứng: Không tạm ứng

- Thanh toán bằng chuyển khoản.

- Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn tất các thủ tục thanh toán (hóa đơn, biên bản bàn giao, chứng từ liên quan theo quy định) bên mua sẽ chuyển khoản toàn bộ số tiền đã mua hàng hóa cho bên bán.

- Đồng tiền thanh toán theo Hợp đồng: là đồng Việt Nam.

**5. Các thông tin khác (nếu có):**

- Chất lượng hàng hóa mới 100%

- Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Hãng sản xuất, nhà cung cấp có thể báo giá một, nhiều hoặc tất cả các mặt hàng trong danh mục đề nghị báo giá.

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)...và các khoản chi phí, dịch vụ liên quan để thực hiện. Bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

- Đề nghị các nhà cung cấp tại Việt Nam báo giá theo **Mẫu báo giá** đơn vị đính kèm.

Bệnh viện đa khoa Quế Võ xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;

- Websibe BVĐK Quế Võ;

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

<https://muasamcong.gov.vn>;

- Công TTĐT UBND tỉnh Bắc Ninh (đăng tải)

- Công TTĐT Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh (đăng tải)

- Lưu:VT, HSĐT.

**GIÁM ĐỐC**

**Đỗ Đức Huy**

## PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số /CV-BVĐK ngày 20/05/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quế Võ)

## BÁO GIÁ

**Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Quế Võ**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa Quế Võ, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

**1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan như sau:**

STT	Danh mục hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Đặc tính, quy cách, thông số kỹ thuật	Mã HS	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá trước thuế (VND)	Thuế VAT	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Hàng hóa A										
2	Hàng hóa B										
3	.....										
<b>Tổng cộng:</b>											

Gửi kèm theo các tài liệu sau: Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, catalogue (bản dịch sang tiếng việt); các quyết định trúng thầu; hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu tương tự liên quan của hàng hóa báo giá (nếu có)

**2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày kể từ ngày 29/05/2026.**

3. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)...và các khoản chi phí, dịch vụ liên quan để thực hiện. Bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

4. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và đảm bảo việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Ngày.....tháng.....năm 2026

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà  
cung cấp**

*(Ký tên, đóng dấu (nếu có))*

## DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Công văn số /CV-BVĐK ngày 20/05/2026 của Bệnh viện đa khoa Quế Võ)

TT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật, Mã HH, Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Bóng phát tia X	<ul style="list-style-type: none"><li>- Loại Bóng phát tia DURA 202-MV</li><li>- Dòng bóng: 30-180 mA</li><li>- Điện áp: 80,130 KV <math>\pm</math>10%</li><li>- Lưu trữ nhiệt trên anode: 2.0 MHU.</li><li>- Nhiệt độ môi trường cho phép làm việc: +10°C ... +40°C</li><li>- Độ ẩm tương đối: 20% ... 80%</li><li>- Tương thích với máy chụp CT-Scanner model: Somatom Sprit của hãng Siemens Healthcare GmbH.</li></ul>	Chiếc	<b>01</b>	<i>Thay thế linh kiện, phụ kiện cho Máy chụp cắt lớp vi tính SOMATOM Spirit</i>
<b>Tổng cộng: 01 khoản</b>					